



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4^{ης} ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

Ημερομηνία: 12/03/2025
Αρ. Πρωτ.: 12565

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορέα

Ταχ. Δ/ση : Ιουστινιανού1
Τ.Κ. - Πόλη : 551 34, Καλαμαριά
Πληροφορίες: Ν. Συμεωνίδης
Τηλέφωνο : 2313 327 864
email : promithies@4ype.gr

Έρευνα Αγοράς με αριθμό 19/2025

Ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι μια χιλιάδων ευρώ (21.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. και είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ (26.040,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τους παρακάτω όρους:

ΜΕΡΟΣ – Α ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Είδος Διαγωνισμού	Διαδικασία έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, (άρθρο 118 του Ν. 4412/2016).
Σύντομη περιγραφή	Προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων για χρήση στο ακτινολογικό μηχάνημα του Κέντρου Υγείας Πρίνου.
Προθεσμία υποβολής προσφοράς	Ημερομηνία: 26-03-2025 Ημέρα: Τετάρτη Ωρα: 14:00 μ.μ., στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
Χρόνος διενέργειας	Ημερομηνία: 27-03-2025 Ημέρα: Πέμπτη Ωρα: 09:00 π.μ.
Τόπος Διενέργειας	Κεντρική Υπηρεσία 4 ^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, Τ.Κ. 551 34, Καλαμαριά).

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Κριτήριο Κατακύρωσης	Κριτήριο αξιολόγησης η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Κωδικός CPV	33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών.
Προϋπολογισμός	Είκοσι έξι χιλιάδες σαράντα ευρώ (26.040,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
Προϋπολογισμός που βαρύνει	Τον προϋπολογισμό της 4 ^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, ΚΑΕ 9749
Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης	1015.E00811.0001
Διάρκεια της σύμβασης	Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.
Πληροφορίες Τηλέφωνο	Συμεωνίδης Νίκος Τηλ. 2313 327 864
Αποφάσεις Διοικητή	- Η με αριθμό πρωτ. 10201/27-02-2025 (ΑΔΑ: 9Θ89ΟΡ1Ο-ΠΑ3) Απόφαση του Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, σχετικά με την έγκριση διενέργειας έρευνας αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης είκοσι μια χιλιάδων ευρώ (21.000,00€) άνευ Φ.Π.Α. και είκοσι έξι χιλιάδων σαράντα ευρώ (26.040,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής σύμφωνα με το άρθρο 118 του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. - Η Απόφαση Ανάληψης υποχρέωσης 1197/2025 με αριθμό πρωτ. 11249/04-03-2025 (ΑΔΑ: 9ΜΜΔΟΡ1Ο-ΩΜΙ), ΚΑΕ 9749, οικονομικού έτους 2025, για την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.
	Σε κλειστό φάκελο με τα στοιχεία της εταιρείας και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 19/2025 Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Τρόπος αποστολής προσφοράς	εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (Ιουστινιανού 1, ΤΚ: 551 34, Καλαμαριά). Εφόσον η προσφορά αποσταλεί στην Υπηρεσία Διενέργειας με οποιονδήποτε τρόπο, θα πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
Χρόνος Ισχύος Προσφοράς	Εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου χρόνου <u>απορρίπτεται ως απαράδεκτη</u>.
Τρόπος σύνταξης της προφοράς	Η προσφορά θα πρέπει: (1) Να υποβληθεί <u>σε κλειστό φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα</u> (πρωτότυπο και αντίγραφο), με τα στοιχεία της εταιρείας/επιχείρησης και την ένδειξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ για τη με αριθμό 19/2025 Έρευνα Αγοράς με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης» και να παραδοθεί στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. (2) Να φέρει <u>απαραίτητως ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ και ΥΠΟΓΡΑΦΗ</u> του νόμιμου εκπροσώπου. (3) Η προσφορά να συνάδει με τις τεχνικές προδιαγραφές, περιγραφές, όρους, προϋποθέσεις και απαιτήσεις, όπως καθορίζονται στη παρούσα Πρόσκληση. (4) <u>Η οικονομική προσφορά που θα υποβληθεί θα πρέπει να είναι αναλυτική και να περιλαμβάνει με σαφήνεια τον διαχωρισμό των ποσών (Καθαρή αξία, αξία Φ.Π.Α. και συνολική αξία) και να μην υπερβαίνει τον ενδεικτικό προϋπολογισμό.</u> (5) Οι οικονομικές προσφορές των υποψηφίων θα πρέπει να είναι εντός της χαμηλότερης τιμής της εγχώριας αγοράς όπως αυτή καταγράφεται στο παρατηρητήριο του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010. Για το λόγο αυτό και προκειμένου να γίνει η σύγκριση των οικονομικών προσφορών με αυτές του παρατηρητηρίου, θα πρέπει οι υποψήφιοι στην οικονομική τους προσφορά να αναγράφουν, εκτός από την τιμή του προσφερόμενου είδους, την παράγραφο και την τιμή με τα οποία αυτό έχει καταχωρηθεί στο παρατηρητήριο τιμών. Στην περίπτωση που το

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	προσφερόμενο είδος δεν εντάσσεται στο Παρατηρητήριο Τιμών, αυτό <u>θα πρέπει να αναγράφεται ρητά στην οικονομική προσφορά.</u> (6) Οι προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, προδιαγραφές και όρους της παρούσας έρευνας αγοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. (7) Η διαδικασία κατάθεσης προσφοράς ξεκινά μετά την ανάρτηση της παρούσας. (8) Υποβολή προσφοράς: έως <u>26-03-2025 ώρα 14:00 μ.μ.</u>, στο Γραφείο Πρωτοκόλλου της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. <u>Η προθεσμία υποβολής προσφοράς τηρείται απαραίγκλιτα.</u>
Παράδοση Παραλαβή Προμήθειας	Η παράδοση του ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με το σταθμό λήψης των εικόνων θα πραγματοποιηθεί με έξοδα και ευθύνη του προμηθευτή στο ακτινολογικό τμήμα του Κέντρου Υγείας Πρίνου, ύστερα από έγγραφη παραγγελία της Υπηρεσίας και κατόπιν συνεννόησης με το τμήμα της Βιοιατρικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. <u>Δυο μέρες πριν την εκτέλεση της παραγγελίας</u> ο ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώσει το τμήμα της Βιοιατρικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης προκειμένου να ειδοποιηθούν εγκαίρως τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Η παραλαβή του ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με το σταθμό λήψης των εικόνων θα πραγματοποιηθεί από αρμόδια επιτροπή, η οποία θα εκδώσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής αφού βεβαιωθεί από το τμήμα Βιοιατρικής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης ότι τα είδη παραδόθηκαν σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές της Υπηρεσίας.
Εκπρόθεσμη παράδοση προμήθειας-πλημμελής εκτέλεση της σύμβασης	Με αιτιολογημένη Απόφαση του Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης, ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν. 4412/2016. Σύμφωνα με το άρθρο 207 του Ν. 4412/2016, αν η προμήθεια παραδοθεί από υπαιτιότητα του Αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης.
	<u>Με την υποβολή της προσφοράς,</u> ο υποψήφιος ανάδοχος να αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των παρ. 1 και 2 του αρ. 73 και του αρ. 74 του Νόμου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Προς απόδειξη τούτου ο ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά	σχετικά δικαιολογητικά έγγραφα: • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου τελευταίου τριμήνου. Η υποχρέωση προσκόμισης ποινικού μητρώου αφορά ιδίως: (α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές. (β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. • Ασφαλιστική Ενημερότητα. • Φορολογική Ενημερότητα. • Νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης: - Για Ανώνυμη Εταιρεία απαιτείται: α) ισχύον καταστατικό αυτής, β) σειρά Φ.Ε.Κ. σύστασης, τροποποιήσεων καταστατικού (όπου υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης να κατατεθούν τα Φ.Ε.Κ., διαφορετικά βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ.) και γ) Φ.Ε.Κ. ή βεβαίωση του Γ.Ε.ΜΗ. στο οποίο υπάρχει δημοσιευμένη ολόκληρη η ανακοίνωση με το Διοικητικό Συμβούλιο και την εκπροσώπηση όπως συγκεκριμένης εταιρείας. - Για Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε., κωδικοποιημένο καταστατικό, από το οποίο προκύπτει ο διαχειριστής. - Εάν ο προσφέρων είναι προσωπική εταιρία (Ο.Ε., Ε.Ε.) πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο του τελευταίου ισχύοντος καταστατικού. Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία πρέπει να αποδεικνύουν την εν γένει νομική κατάσταση του συμμετέχοντος και από αυτά πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη Δ.Σ. της Α.Ε. και τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου. <u>Τα φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλλουν έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του.</u> Επίσης, προσκομίζεται παραστατικό εκπροσώπησης, αν ο οικονομικός φορέας συμμετέχει με αντιπρόσωπό του. Επισημαίνεται ότι τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς, όσο και κατά την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης. Εάν κάποιο από τα ανωτέρω δεν είναι σε ισχύ κατά
--	--

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, θα πρέπει να κατατεθεί εκ νέου επικαιροποιημένο.

Με την τεχνική προσφορά επί ποινή αποκλεισμού, ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίσει:

- Πιστοποιητικό ISO 13485 του κατασκευαστή καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ).
- Πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα,

Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει:

- **Φύλλο Συμμόρφωσης** με τις τεχνικές προδιαγραφές (Σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος II).
- **Επίσημα Τεχνικά Φυλλάδια** (Prospectus).
- **Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986** στην οποία θα αναγράφεται ότι ο προμηθευτής:
 - I. «Εγγυάται την καλή λειτουργία του ψηφιακού ανιχνευτή για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Κέντρο Υγείας δε θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δε θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το σύστημα να διατηρείται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.»
 - II. «Θα παρέχει για τα επόμενα **τέσσερα (4) χρόνια** μετά το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας, **Δωρεάν** συντήρηση στο προσφερόμενο σύστημα, η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής και προληπτικής συντήρησης, χωρίς τα ανταλλακτικά. Ως σύστημα νοείται ο ψηφιακός ανιχνευτής, ο σταθμός λήψης εικόνων καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει εγκατασταθεί από τον ανάδοχο η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. router δικτύου κτλ).
 - III. «Αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.»
 - IV. «Αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της έρευνας αγοράς με αριθμό 19/2025.»

Η εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος, θα παρέχεται για έως τριάντα (30) ημέρες μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	Επιπλέον ο υποψήφιος ανάδοχος: - Είναι υποχρεωμένος να αποκαταστήσει οποιεσδήποτε τυχόν ζημιές που θα προκύψουν (μερεμέτια) κατά τη διάρκεια της παράδοσης και εγκατάστασης του ψηφιακού αναλυτή, - Οφείλει να έχει ασφαλισμένο το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, - Είναι υπεύθυνος ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα σε εργαζόμενους και διερχόμενους, - Είναι υποχρεωμένος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Τρόπος πληρωμής	Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, μετά από την οριστική, ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της προμήθειας από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Για την πληρωμή πρέπει απαραίτητως να κατατεθούν από τον ανάδοχο τα ακόλουθα στην οικονομική υπηρεσία της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης: (1) Πρωτόκολλο παραλαβής, υπογεγραμμένο από την αρμόδια επιτροπή που ορίζεται με Απόφαση Διοικητή της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης (2) Ηλεκτρονικό Τιμολόγιο, σύμφωνα με την αριθμ. 52445ΕΞ2023/04-04-2023 ΚΥΑ (Β' 2385). (3) Πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όταν αυτά ζητηθούν από την Υπηρεσία. <u>Τον ανάδοχο βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις, ήτοι:</u> (1) Υπέρ των Οργανισμών Ψυχικής Υγείας, κράτηση 2% επί της αξίας του τιμολογίου της σύμβασης μετά την αφαίρεση του Φ.Π.Α. και κάθε άλλου παρακρατούμενου ποσού υπέρ τρίτων, η οποία εισήχθη με το άρθρο 3 παρ. ββ (μετά την αναρίθμηση μέσω του Ν. 3846/2010, άρθρο 24) εδάφιο ε του Ν. 3580/2007, και επανεμφανίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 24 του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66Α/11-5-2010). (2) Κράτηση 0,1% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής (ΕΑΔΗΣΥ), για όλες τις συμβάσεις αξίας άνω των χιλίων (1.000,00€) ευρώ, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσης χρηματοδότησης, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης (βάσει της παρ. 3 του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του Ν. 4912/2022). Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος (άρθρο 64 Κεφ. Β, παραγ. 2 του Ν. 4172/2013 - ΦΕΚ 167Α'/23.7.2013). Ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

	(Φ.Π.Α.) επί της αξίας, βαρύνει την 4 ^η Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης. Όλα τα τιμήματα της παρούσας σύμβασης παραμένουν σταθερά και δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση ή αύξηση έως την συμβατική ημερομηνία ολοκλήρωσης της προμήθειας.
Εγγυητική Καλής Εκτέλεσης	Η εγγυητική καλής εκτέλεσης ορίζεται σε ποσοστό τέσσερις τοις εκατό (4%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, εκτός Φ.Π.Α. και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες από το χρόνο λήξεως της σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης εκδίδεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ.
Δημοσίευση	Η παρούσα πρόσκληση θα είναι αναρτημένη: • Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης - Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ. • στο Κεντρικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). • Στην ιστοσελίδα της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης www.4ype.gr (στην οποία υπάρχει πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης).

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
της 4^{ης} Υγειονομικής Περιφέρειας
Μακεδονίας και Θράκης

Δρ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΟΓΙΑΤΖΙΔΗΣ

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

ΜΕΡΟΣ Β΄

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 21.000€ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ. 26.040€ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο των τεχνικών προδιαγραφών είναι η προμήθεια και εγκατάσταση ενός Ασύρματου Ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων για χρήση στο ακτινολογικό μηχάνημα του Κ.Υ. Πρίνου, για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος.

Το σύστημα να αποτελείται από:		
1. Ασύρματο ψηφιακό ανιχνευτή		
2. Σταθμό λήψης, αποθήκευσης και επεξεργασίας ψηφιακών εικόνων με το αντίστοιχο λογισμικό.		
ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ		
1.1	Τεχνολογία και υλικό Ανιχνευτή	CSi
1.2	Συνδεσιμότητα	Ασύρματος με δυνατότητα ενσύρματης λειτουργίας
1.3	Διαστάσεις ανιχνευτή	≥ 35x43 cm
1.4	DQE 1lp/mm RQA5 1mR	≥ 58%
1.5	MTF@ 1lp/mm	≥ 80 %
1.6	Μέγεθος pixel	≤ 150 μm
1.7	Ψηφιακή μήτρα	≥ 2300x2800 pixels
1.8	Βάθος λήψης	16 bit
1.9	Προστασία σε σκόνη και υγρά	≥ IP 56
1.10	Βάρος ανιχνευτή με τη μπαταρία	< 2,5 kg
1.11	Μέγιστη αντοχή σε πίεση σε όλη την επιφάνεια	≥ 300 kg
1.12	Μέγιστη αντοχή σε πίεση σημείο διαμέτρου 40mm.	≥ 160 kg
1.13	Χρόνος προεπισκόπησης εικόνας (Wireless/Wired)	≤ 2sec
1.14	Να διαθέτει αντιβακτηριδιακή επιφάνεια	NAI
1.15	Να διαθέτει τεχνολογία Flexible Film-Based (Free glass) για μεγαλύτερη αντοχή	NAI
1.16	Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης εικόνων	≥100

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

1.17	Να διαθέτει ενσωματωμένα WiFi για σύνδεση με το σταθμό επεξεργασίας.	ΝΑΙ
1.18	Να έχει δυνατότητα εναπόθεσης σε εξωτερική συσκευή για ταυτόχρονη φόρτιση και μεταφορά αποθηκευμένων εικόνων.	ΝΑΙ
1.19	Για την ασύρματη λειτουργία (Wireless) να συνοδεύεται από 1 φορτιστή και 2 αποσπώμενες μπαταρίες .	

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ

2.1	Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών με τελευταίας γενιάς επεξεργαστή	ΝΑΙ (να περιγραφεί λεπτομερώς)
2.2	Λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή νεότερο	ΝΑΙ (να περιγραφεί λεπτομερώς)
2.3	Να διαθέτει απαραίτητα Ελληνική επιφάνεια εργασίας.	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)
2.4	Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης.	ΝΑΙ (CD/DVD/USB)
2.5	Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)
2.6	Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)
2.7	DICOM 3.0 (Print,Storage,Query/Retrieve,Worklist, MPPS,Storage Commitment κ.τ.λ.)	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ	
A.	Εγκατάσταση – παράδοση- παραλαβή
1.	Ο ψηφιακός ανιχνευτής θα εγκατασταθεί, στο ακτινολογικό μηχάνημα (μοντέλο GMI Ioata) που λειτουργεί στο Κ.Υ. Πρίνου με ευθύνη του προμηθευτή.
2.	Ο ανιχνευτής θα συνδεθεί υποχρεωτικά στον υπάρχον σταθμό αποθήκευσης, διάγνωσης και επεξεργασίας εικόνας που διαθέτει το Κέντρο Υγείας καθώς και στο Ψηφιακό εμφανιστήριο της εταιρείας FujiFilm. Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με τυχόν κόστος κτήσης άδεια εγκατάστασης στο υπάρχον λογισμικό του σταθμού εργασίας της εταιρείας FujiFilm.
3.	Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την παράδοση του μηχανήματος να παραδώσει: Δύο (2) Εγχειρίδια Λειτουργίας (Operational Manuals) με σαφείς οδηγίες χρήσεως και λειτουργίας του κατασκευαστικού οίκου (Operation Manuals).
4.	Η οριστική παραλαβή θα ακολουθήσει την προσωρινή παραλαβή και θα ολοκληρωθεί μέσα στην περίοδο των εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

Β. Prospectus και Βεβαιώσεις	
1.	Να κατατεθεί πλήρες φύλλο συμμόρφωσης με τις τεχνικές προδιαγραφές.
2.	Οι τεχνικές προδιαγραφές να τεκμηριώνονται από τα επισυναπτόμενα επίσημα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) του κατασκευαστικού οίκου. Σε περίπτωση που τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν αναγράφονται στα Prospectus, μπορούν να τεκμηριώνονται από τα τεχνικά εγχειρίδια (user / service manuals) ή από επιβεβαιωτική επιστολή του κατασκευαστικού οίκου.
Γ. Εγγύηση Υποστήριξη και ανταλλακτικά	
1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να εγγυηθεί την καλή λειτουργία του ψηφιακού ανιχνευτή για ένα (1) έτος από την οριστική παραλαβή του. Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγύησης, το Κέντρο Υγείας δεν θα ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη του μηχανήματος ή μέρους αυτού προερχόμενη από την συνήθη και ορθή χρήση του και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσόν για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης. Στην παρεχόμενη εγγύηση περιλαμβάνεται και η υποχρέωση του προμηθευτή για προληπτικό έλεγχο συντήρησης, σε τακτά χρονικά διαστήματα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κατασκευαστικού οίκου, ώστε το σύστημα να διατηρείται σε πλήρη λειτουργική κατάσταση.
2.	Ο προμηθευτής θα παρέχει για τα επόμενα τέσσερα (4) χρόνια μετά το τέλος της εγγύησης καλής λειτουργίας, Δωρεάν συντήρηση στο προσφερόμενο σύστημα, η οποία να περιλαμβάνει όλες τις εργασίες επισκευής και προληπτικής συντήρησης, χωρίς τα ανταλλακτικά. Ως σύστημα νοείται ο ψηφιακός ανιχνευτής, ο σταθμός λήψης εικόνων καθώς και οποιαδήποτε άλλη συσκευή έχει εγκατασταθεί από τον ανάδοχο η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του συστήματος (π.χ. router δικτύου κτλ).
3.	Ο προμηθευτής υποχρεούται να δηλώσει εγγράφως ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει ανταλλακτικά του προσφερόμενου είδους για δέκα (10) τουλάχιστον έτη από την παράδοση αυτού.
4.	Οι προμηθευτές πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να καταθέσουν μαζί με την τεχνική προσφορά τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ISO 13485 του κατασκευαστή, καθώς και πλήρη τεκμηριωμένα πιστοποιητικά σήμανσης CE (οδηγία 93/42/ΕΟΚ).
5.	Οι συμμετέχοντες να διαθέτουν μόνιμα οργανωμένο τμήμα τεχνικής υποστήριξης και service, καθώς και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, με πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο για τη συντήρηση των προσφερόμενων ειδών. Να κατατεθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και βεβαιώσεις.
Δ. Εκπαίδευση προσωπικού	
1.	Ο προμηθευτής υποχρεούται, με ποινή αποκλεισμού της προσφοράς του, να συνυποβάλει πλήρες αναλυτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους χρήστες, ως και αντίγραφο των αναγκαίων βοηθημάτων ή πινάκων στην Ελληνική γλώσσα.
2.	Η εκπαίδευση των χειριστών του συστήματος, θα παρέχεται για έως τριάντα (30) ημέρες μετά την εγκατάσταση του μηχανήματος, άνευ πρόσθετης αμοιβής του προμηθευτή και θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
1.1	Τεχνολογία και υλικό Ανιχνευτή	CSi		
1.2	Συνδεσιμότητα	Ασύρματος με δυνατότητα ενσύρματης λειτουργίας		
1.3	Διαστάσεις ανιχνευτή	≥ 35x43 cm		
1.4	DQE 1lp/mm RQA5 1mR	≥ 58%		
1.5	MTF@ 1lp/mm	≥ 80 %		
1.6	Μέγεθος pixel	≤ 150 μm		
1.7	Ψηφιακή μήτρα	≥ 2300x2800 pixels		
1.8	Βάθος λήψης	16 bit		
1.9	Προστασία σε σκόνη και υγρά	≥ IP 56		
1.10	Βάρος ανιχνευτή με τη μπαταρία	< 2,5 kg		
1.11	Μέγιστη αντοχή σε πίεση σε όλη την επιφάνεια	≥ 300 kg		
1.12	Μέγιστη αντοχή σε πίεση σημείο διαμέτρου 40mm.	≥ 160 kg		
1.13	Χρόνος προεπισκόπησης εικόνας (Wireless/Wired)	≤ 2sec		
1.14	Να διαθέτει αντιβακτηριδιακή επιφάνεια	ΝΑΙ		
1.15	Να διαθέτει τεχνολογία Flexible Film-Based (Free glass) για μεγαλύτερη αντοχή	ΝΑΙ		
1.16	Να διαθέτει εσωτερική μνήμη αποθήκευσης εικόνων	≥100		
1.17	Να διαθέτει ενσωματωμένα WiFi για σύνδεση με το σταθμό επεξεργασίας.	ΝΑΙ		
1.18	Να έχει δυνατότητα εναπόθεσης σε εξωτερική συσκευή για ταυτόχρονη φόρτιση και μεταφορά αποθηκευμένων εικόνων.	ΝΑΙ		
1.19	Για την ασύρματη λειτουργία (Wireless) να συνοδεύεται από 1 φορτιστή και 2 αποσπώμενες μπαταρίες .			

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΗΨΗΣ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ		ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΑΠΑΝΤΗΣΗ	ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ
2.1	Υπολογιστικό σύστημα για επεξεργασία και αποθήκευση ψηφιακών ακτινογραφιών με τελευταίας γενιάς επεξεργαστή	ΝΑΙ (να περιγραφεί λεπτομερώς)		
2.2	Λειτουργικό σύστημα Windows 10 ή νεότερο	ΝΑΙ (να περιγραφεί λεπτομερώς)		
2.3	Να διαθέτει απαραίτητα Ελληνική επιφάνεια εργασίας.	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)		
2.4	Σύστημα εγγραφής ψηφιακών ακτινογραφιών σε μαγνητικά μέσα αποθήκευσης.	ΝΑΙ (CD/DVD/USB)		
2.5	Δυνατότητα επικοινωνίας με εκτυπωτή films	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)		
2.6	Δυνατότητα επικοινωνίας με PACS/RIS	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)		
2.7	DICOM 3.0 (Print,Storage,Query/Retrieve,Worklist, MPPS,Storage Commitment κ.τ.λ.)	ΝΑΙ (Να αναφερθεί)		

Έρευνα αγοράς με αριθμό 19/2025 ανάδειξης αναδόχου με πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και αντικείμενο την προμήθεια και εγκατάσταση ενός ασύρματου ψηφιακού ανιχνευτή μαζί με τον σταθμό λήψης των εικόνων (CPV: 33111300-4, Συσκευές εμφάνισης ακτινογραφιών) για την κάλυψη των αναγκών του ακτινολογικού τμήματος του Κέντρου Υγείας Πρίνου, αρμοδιότητας της 4^{ης} Υ.Πε. Μακεδονίας και Θράκης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Εκδότης:.....
 Ημερομηνία Έκδοσης:
 Προς 4^η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
 Τμήμα Προμηθειών οδός: Ιουστινιανού 1, Τ.Κ.: 551 34., Πόλη: Καλαμαριά.
 Εγγύηση μας υπ' αριθμ. για ευρώ
 Πληροφορηθήκαμε ότι η Εταιρεία ή η Ένωση Εταιρειών
 ΑΦΜ:..... οδός, αριθμός,
 ως Ανάδοχος πρόκειται να συνάψει μαζί σας την υπ' αριθμ. σύμβαση, που
 θα καλύπτει την ανάθεση, συνολικής αξίας και ότι,
 σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή, η Εταιρεία ή Ένωση υποχρεούται να καταθέσει
 εγγύηση καλής εκτέλεσης ποσού ίσου προς 4% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς
 Φ.Π.Α. της προμήθειας ειδών και ποσού

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση
 υπέρ της Εταιρείας (ή, σε περίπτωση Ένωσης, υπέρ των Εταιρειών: 1) ,
 2), ξεχωριστά για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον
 υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης Προμηθευτών) και
 εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του
 δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες,
 ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, αντιρρήσεις ή ενστάσεις της Εταιρείας και χωρίς έρευνα
 του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή σας ότι η Εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε
 να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε στη δήλωσή σας
 και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στην εγγύηση αυτή.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου.

Η παρούσα ισχύει μέχρι

Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να
 επιστραφεί σ' εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή, μαζί με έγγραφη δήλωσή σας ότι μας
 απαλλάσσετε από την υπόψη εγγύηση. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι για την άμεση
 καταβολή σ' εσάς του ποσού της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής αυτής θα
 παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την Υπηρεσία σας πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο
 Δημόσιο και στα Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογιζομένου και του ποσού της παρούσας, δεν υπερβαίνει
 το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
 εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.

.....
 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή)